

Стерил. ИНТЕСТ-П-121/20-02

Стерил. ИНТЕСТ-П-134/5-02

Стерил. ИНТЕСТ-ПФ-НЗ

Стерил. ВИНАР-134/5(500шт)-6класс: Класс 6 (имитирующие индикаторы) предназначены для контроля параметров стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - снаружи упаковок и изделий в камере паровых стерилизаторов, соответствующих ГОСТ Р 51935 (EN 285) и малых паровых стерилизаторов, соответствующих EN 13060.

Индикаторы 6 класса особенно необходимы при контроле стерилизации материалов и изделий медицинского назначения на неновом оборудовании, при использовании инструментария во время обширных операций, в частности в трансплантологии, при операциях у иммунонекомпетентных больных в онкологических и ожоговых отделениях, у больных СПИДом и в других случаях, когда требуются абсолютные гарантии качества стерилизации с уровнем обеспечения стерильности $\geq 10^{-6}$.

Химические индикаторы, выпускаемые НПФ «Винар» и применяемые для контроля стерилизации медицинских изделий, зарекомендовали себя как незаменимые и качественные средства контроля, и они **единственные, производимые в России**, сертифицированы на соответствие всем требованиям международного и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Стерил. ВИНАР-5класс: Класс 5 (интегрирующие индикаторы) предназначены для контроля условий стерилизации внутри упаковок и стерилизуемых изделий в паровых стерилизаторах всех типов при всех режимах.

Индикатор 5 класса позволяет перейти от дискретной оценки процесса стерилизации к интегральной, то есть оценивать не раздельно показатели критических переменных, а собственно эффективность стерилизации в трудно стерилизуемой точке загрузки и делать выводы о стерильности или нестерильности при соблюдении правил и норм предстерилизационной дезинфекции и очистки.

Химические индикаторы, выпускаемые НПФ «Винар» и применяемые для контроля стерилизации медицинских изделий, зарекомендовали себя как незаменимые и качественные средства контроля, и они **единственные, производимые в России**, сертифицированы на соответствие всем требованиям международного и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Стерил. ВИНАР-121/20(500шт)-6класс

Стерил. ВИНАР-134/18(500шт)-6класс

Набор реагентов «Азопирам-комплект»-200мл. раб. р-ра:

Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях.

Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего реактива.

СОСТАВ НАБОРА

1. Амидопирин, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) ... 90 мл
2. Анилин солянокислый, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) ... 10 мл